

Sterilisationsschlauch mit Seitenfalte AMPri-Artikelnr.: 08005-F250



Material: Folien-Papier-Kombination für Dampf- und Gassterilisation mit Indikatorstreifen

Siegeltemperatur: Empfohlene Siegeltemperatur: 180-200 °C (Richtwerte)
Darüber hinaus sind die Herstellerunterlagen der Siegelmaschinen zu beachten und berücksichtigen

Empfohlene Siegelnahtbreite:
Mind. 9mm und max. 12mm

Sterilisationsprozess: Dampfsterilisation Temperatur 121° C
Gassterilisation 50° C

entspricht den Normen EN ISO 11140-1, EN ISO 14971, EN ISO 15223-1, EN ISO 10993-1, EN 62366

Maße:

AMPri-Artikelnr.	Maße	SOGEVA-Artikelnr.
08005-F250	250 mm x 65 mm x 100 m	RSSOGTUVCE250

Hersteller: SOGEVA Srl – Via Pietro Nenni snc – 23801 Calolziocorte (Lecco) Italia